



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ ФМБА России



«Утверждаю»

А.И.Петухов

2014 г.

Регистрационный № 1127 г / 2014

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 90/14 от 25 сентября 2014 г.

Организация-заявитель: «ТРОКС РУС», РФ 125009, Москва, Газетный пер., д. 17, стр. 2

Организация-изготовитель: "TROX GmbH", Адрес: Heinrich-Trox-Platz D-47506 Neukirchen-Vluyn, Germany, Германия

Наименование продукции: « Фильтры для очистки воздуха серии: ACF..., ACFC..., ACFI..., DFF..., DFH..., FHD..., FMC..., FMP..., FMR..., MFC..., MFCA..., MFE..., MFI..., MFP..., MFPCR..., PFC..., PFG..., PFN..., PFS..., ZL..., FME..., F702..., F706..., F711..., F712..., F713..., F716..., F717..., F718..., F719..., F722..., F756..., F757..., F760..., F780..., F781..., F782..., F7**..., где «...» это буквы латинского языка от А до Z, цифры от 0 до 9»

Код ТН ВЭД: 8421 99 000 8

Область применения: согласно документации изготовителя

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний.

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2/09-300 от 24 сентября 2014г. ИЛЦ ООО «Микрон» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21AB72; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС.RU.ЦОА.764) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 17)
Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Санитарно-гигиенические показатели:			
Одориметрия (запах материалов образцов изделий)	не более 2-х баллов	1	Инструкция № 880-71
Миграция вредных веществ в воздушную среду, мг/м³, не более:			
стирол	0,002	не обнаружен	МУК 2.3.3.052-96
акрилонитрил	0,03	не обнаружен	МУК 4.1.658-96
формальдегид	0,003	0,001	МУК 4.1.1272-03
бензальдегид	0,04	не обнаружен	МУК 2.3.3.052-96
ацетон	0,350	0,02	МУК 4.1.618-96
бензол	0,1	не обнаружен	МУК 4.1.649-96
толуол	0,6	не обнаружен	МУК 4.1.649-96
метилловый спирт	0,5	не обнаружен	МУК 4.1.598-96
бутиловый спирт	0,1	0,002	МУК 4.1.618-96
Напряженность электростатического поля	не более 15 кВ/м	<0,1	ГОСТ 12.1.045-84

По результатам проведенных испытаний продукции: « Фильтры для очистки воздуха серии: ACF..., ACFC..., ACFI..., DFF..., DFH..., FHD..., FMC..., FMP..., FMR..., MFC..., MFCA..., MFE..., MFI..., MFP..., MFPCR..., PFC..., PFG..., PFN..., PFS..., ZL..., FME..., F702..., F706..., F711..., F712..., F713..., F716..., F717..., F718..., F719..., F722..., F756..., F757..., F760..., F780..., F781..., F782..., F7**..., где «...» это буквы латинского языка от А до Z, цифры от 0 до 9» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 17), **не установлено.**

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: согласно документации изготовителя

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: « Фильтры для очистки воздуха серии: ACF..., ACFC..., ACFI..., DFF..., DFH..., FHD..., FMC..., FMP..., FMR..., MFC..., MFCA..., MFE..., MFI..., MFP..., MFPCR..., PFC..., PFG..., PFN..., PFS..., ZL..., FME..., F702..., F706..., F711..., F712..., F713..., F716..., F717..., F718..., F719..., F722..., F756..., F757..., F760..., F780..., F781..., F782..., F7**..., где «...» это буквы латинского языка от А до Z, цифры от 0 до 9» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 17)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь).**

Эксперт



В.Н.Артюшин